



---

## Produktblatt

# Kalibrierung vor Ort

## Produktbilder

---



## Technische Übersicht

---

Artikel-Nummer

208356

## Kurzbeschreibung

---

Kalibrierung von ETL Prüfgeräten und Fremdgeräten in Ihrem Unternehmen durch einen ETL Service

Techniker. Alle verwendeten Normale sind durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) kalibriert und somit auf nationale Normale zurückzuführen.

Die Kalibrierung von Fremdgeräten kann auf Anfrage ebenfalls durchgeführt werden.

Spannung AC	bis 100 kV
Spannung DC	bis 30 kV
Strom AC / DC	bis 100 A
Widerstände	bis 1 GΩ

## Herausgeber

---

ETL Prüftechnik GmbH  
Hauptsitz / Headquarter  
Lembergstraße 23  
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.  
Frühere Versionen können unter [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de) angefragt werden / Earlier versions can be requested at [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de).