



Produktblatt

ISOE-Modul, Erweiterungsmodul f. ISO-Modul DCxx-CL, Widerstands- Grenzwert bis 5000 MOhm

Produktbilder



Technische Übersicht

Artikel-Nummer

211106

Kurzbeschreibung

- Widerstands-Grenzwerte einstellbar von 0,5 - 5000 MOhm
- Bei hohen Isolationswiderständen kann der Prüfaufbau einen erheblichen Einfluss auf die Genauigkeit und somit auf den Messwert haben.

Herausgeber

ETL Prüftechnik GmbH
Hauptsitz / Headquarter
Lembergstraße 23
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.
Frühere Versionen können unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be requested at info@etl-prueftechnik.de.