




---

Produktblatt

# Kontaktierungseinheit KE-CC-DE-1S-02 mit 1 Schukosteckdose

Produktbilder

---





## Technische Übersicht

---

Artikel-Nummer	208573
Kontaktierungsoptionen	CC

## Kurzbeschreibung

---

Die Kontaktierungseinheit ist in einem Kunststoffgehäuse montiert und ist hochspannungsgerecht (bis 5000 V AC, 7000 V DC) ausgeführt. Die Zuleitungen mit Hochspannungsstecker zum Einstecken in das Prüfsystem sind 2 m lang.

1 Schukosteckdose, oben im Gehäusedeckel verbaut:

- 1. Zuleitung: 1. HV-Pol und 1. ISO-Pol verbunden mit L+N
- 2. Zuleitung: 2. HV-Pol, 2. ISO-Pol und 1. PE-Pol verbunden mit PE

## Herausgeber

---

ETL Prüftechnik GmbH  
Hauptsitz / Headquarter  
Lembergstraße 23

70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.  
Frühere Versionen können unter [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de) angefragt werden / Earlier versions can be requested at [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de).