



Produktblatt

Werkskalibrierung nach ISO 9001

Produktbilder



Technische Übersicht

Artikel-Nummer

208355

Kurzbeschreibung

Die Kalibrierung erfolgt im Kalibrierlabor bei ETL. Alle verwendeten Normale sind durch die Deutsche

Akkreditierungsstelle (DAkkS) kalibriert und somit auf nationale Normale zurückzuführen.

Die Kalibrierung von Fremdgeräten kann auf Anfrage ebenfalls durchgeführt werden.

Spannung AC	bis 100 kV
Spannung DC	bis 30 kV
Strom AC / DC	bis 100 A
Widerstände	bis 1 GΩ

Herausgeber

ETL Prüftechnik GmbH
Hauptsitz / Headquarter
Lembergstraße 23
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.
Frühere Versionen können unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be requested at info@etl-prueftechnik.de.