



Produktblatt

Sicherheitskreisstecker Serie 400-NG kmpl, Konf. 5

Produktbilder



Technische Übersicht

Artikel-Nummer	210653
Pole	10-polig

Kurzbeschreibung

Für den manuellen Betrieb des Prüfsystems (z.B. mit Prüfpistolen gemäß EN 50191 oder für Wartungs- und Kalibrierarbeiten) muss der Sicherheitskreis mit 3 Brücken ausgestattet werden. Das Schliessen des Sicherheitskreises erfolgt dann von Hand über die Taste "LOCK" am Frontpanel des Geräts.

Eingebaute Brücken:

- Ausgänge E1, O6,O7,O8
- Ausgänge E2, O5
- Ausgänge E3, O4

Herausgeber

ETL Prüftechnik GmbH
Hauptsitz / Headquarter
Lembergstraße 23
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.
Frühere Versionen können unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be requested at info@etl-prueftechnik.de.